



1. Вибропреобразователь AP1006 крепить моментным ключом (размер под ключ 36 мм) с моментом 2,5...2,7Н м.
Допускается контировать клеем ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653-75.

2. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь AP1006, должна быть не хуже Ra 3.2, неплоскостность 0,05 мм