

АБКЖ.433642.004ГЧ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



- *Размер для справок.
- Вибропреобразователь АР1032 крепить на объект испытаний поверхностью А с применением клея ВК-9 ОСТ В95 1653-75.
- Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь АР1032, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 мм, с шероховатостью $R_{a} 1,25$.

					АБКЖ.433642.004ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь АР1032 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Копытина							10:1
Проб.	Шевлягин					Лист	Листов	1
Т.контр.	Краснощеков							
Н.контр.	Никифоров							
Утв.	Кирпичев							